



INSTITUT ZA NEONATOLOGIJU

BEOGRAD, Ul. kralja Milutina br.50

Telefoni: Direktor Instituta 3615-049

Pomoćnik direktora 3615-046

Fax: 3619-045 - E-mail: office@neonatologija.rs

Broj: 2175/9

Datum: 19.09.2014.

VICOR, d.o.o, Novi Beograd, Goce Delčeva 42

Predmet: Odgovor na zahtev za dodatno objašnjenje konkursne dokumentacije


Preduzeće VICOR, d.o.o, Novi Beograd, Goce Delčeva 42, poslalo je „Zahtev za dodatnim pojašnjenjem u vezi javne nabavke biomedicinskog zamrzivača (otvoreni postupak javne nabavke 10/2014), objavljen na Portalu Uprave za javne nabavke 21.08.2014. godine, sa pitanjem:

Poštovani , prema Vašoj JN 10/2014 ljubazno Vas molim da:
Nam pojasnite šta se tačno zahteva pod stavkom 20. *Povezivanje na postojeće pisače temperature?*
Ako se pod tim smatra da ponuđeni zamrzivač mora da odgovara Vašem temperaturnom pisaču, molim Vas da nam definišete o kom pisaču je reč (model i proizvođač) kako bismo bili sigurni da ponuđena dobra odgovaraju traženom u navedenom segmentu.

Odgovor:

Zahtev pod stavkom 20 „Povezivanje na postojeće pisače temperature“ podrazumeva mogućnost povezivanja na pisač proizvođača Sanyo, model MTR-4015LH.

PREDSEDNIK KOMISIJE ZA
JAVNU NABAVKU U OTVORENOM POSTUPKU 10/2014



Dr Slavica Simić
Dr Slavica Simić