



INSTITUT ZA NEONATOLOGIJU

BEOGRAD, Ul. kralja Milutina br.50

Telefoni: Direktor Instituta 3615-049

Pomoćnik direktora 3615-046

Fax: 3619-045 - E-mail: office@neonatologija.rs

Broj: 3059/15

Datum: 30.11.2015.

Predmet: Odgovor na zahtev za dodatno objašnjenje konkursne dokumentacije

Institut za neonatologiju je od zainteresovanog lica dobio zahtev za dodatno pojašnjenje konkursne dokumentacije vezano za javnu nabavku medicinskog i sanitetskog potrošnog materijala u otvorenom postupku javne nabavke broj 5/2015, objavljene na Portalu javnih nabavki i Internet stranici naručioca, dana 17.11.2015. godine sa pitanjem:

“Molimo za pojašnjenje konkursne dokumentacije:

U partiji br.8, stavka 2. tražite ekstenzionu tubu od 3 m (perfuzor, transparentni, promer 2,7mm).

Da li ćete prihvatiti transparentnu ekstenzionu tubu promera 2,7mm, dužine 2m.”

Odgovor:

Naručilac ostaje pri zahtevu iz konkursne dokumentacije.



Predsednik Komisije,


Mr.ph Sladana Marković Ratković