



INSTITUT ZA NEONATOLOGIJU

BEOGRAD, Ul. kralja Milutina br.50

Telefoni: Direktor Instituta 3615-049

Pomoćnik direktora 3615-046

Fax: 3619-045 - E-mail: office@neonatologija.rs

Broj: 3059/24

Datum: 11.12.2015.

**SVIM POTENCIJALNIM PONUĐAČIMA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE
MEDICINSKOG I SANITETSKOG POTROŠNOG MATERIJALA
Otvoreni postupak javne nabavke broj 5/2015**

Na osnovu člana 63 stav 3 Zakona o javnim nabavkama, Institut za neonatologiju kao naručilac dostavlja

O D G O V O R

na zahtev za dodatno pojašnjenje konkursne dokumentacije

Zainteresovano lice poslalo je „Zahtev za dodatnim pojašnjenjem u vezi javne nabavke medicinskog i sanitetskog potrošnog materijala, (otvoreni postupak javne nabavke 5/2015), objavljen na Portalu Uprave za javne nabavke i Internet stranici naručioca 17.11.2015. godine.

PITANJE

U delu konkursne dokumentacije “Partija 47 – Obavezno: unutar originalnog pakovanja mora sadržati lot, datum proizvodnje i rok trajanja. Dostaviti jednu originalnu rolnu bilo koje veličine.”

Naime po standardu, na samim rolnama se, od podataka, nalaze: šifra, lot i dimenzija, dok se na originalnoj kutiji u koju je rolna zapakovana, od podataka nalaze naziv proizvoda, datum proizvodnje i rok trajanja, lot, dimenzije rolne i šifra.

Da li prilikom dostavljanja uzoraka rolni u originalnoj kutiji proizvođača, ispunjavamo uslov koji ste zahtevali za partiju 47? Ako ne, na šta ste konkretno mislili pod “unutar originalnog pakovanja”?

ODGOVOR:

Pošto su rolne medicinsko sredstvo, unutar svake rolne pojedinačno mora postojati rok trajanja upisan od strane proizvođača.

Pod originalnim pakovanjem podrazumeva se rolna uvijena u providnu foliju, zalepljenu i neotvaranu.

**PREDSEDNIK KOMISIJE ZA JAVNU NABAVKU
MEDICINSKOG I SANITETSKOG POTROŠNOG MATERIJALA 5/2015**



Mr Ph Slađana Marković Ratković