



INSTITUT ZA NEONATOLOGIJU

BEOGRAD, Ul. kralja Milutina br.50

Telefoni: Direktor Instituta 3615-049

Pomoćnik direktora 3615-046

Fax: 3619-045 - E-mail: office@neonatologija.rs

Broj: 3847/21

Datum: 30.12.2016.

**SVIM POTENCIJALNIM PONUĐAČIMA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE
MEDICINSKI I SANITETSKI POTROŠNI MATERIJAL
Javna nabavka u otvorenom postupku broj 9/2016**

Na osnovu člana 63 stav 3 Zakona o javnim nabavkama, Institut za neonatologiju kao naručilac dostavlja

O D G O V O R

na zahtev za dodatno pojašnjenje konkursne dokumentacije

Zainteresovano lice poslalo je „Zahtev za dodatnim pojašnjenjem u vezi javne nabavke medicinskog i sanitetskog potrošnog materijala, (javna nabavka u otvorenom postupku 9/2016), objavljene na Portalu Uprave za javne nabavke i Internet stranici naručioca 09.12.2016. godine.


PITANJE

Molim Vas da precizirate šta podrazumevate pod kateter aspiracioni bez lateralnih otvora.

ODGOVOR:

Gornji kraj je širi i ima konektor za aspirator. Donji deo katetera koji ulazi u pacijenta, nema lateralnih otvora.

PRESEDNIK KOMISIJE



Mr. ph Slađana Marković Ratković

