



**INSTITUT ZA NEONATOLOGIJU**

*BEOGRAD, Ul. kralja Milutina br.50*

Telefoni: Direktor Instituta 3615-049

Pomoćnik direktora 3615-046

Fax: 3619-045 - E-mail: office@neonatologija.rs

Broj: 475/10

Datum: 16.04.2018.

**SVIM POTENCIJALNIM PONUĐAČIMA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE  
DOBARA – ORIGINALNIH REZERVNIH DELOVA, POTROŠNOG MATERIJALA I  
USLUGA SERVISIRANJA MEDICINSKE OPREME PROIZVOĐAČA DRAEGER  
MEDICAL GMBH**

**Javna nabavka u otvorenom postupku broj 2/2018**

Na osnovu člana 63 stav 3 Zakona o javnim nabavkama, Institut za neonatologiju kao naručilac dostavlja

**O D G O V O R**

na zahtev za dodatno pojašnjenje konkursne dokumentacije

Zainteresovano lice poslalo je „Zahtev za dodatnim pojašnjenjem u vezi javne nabavke dobara – originalnih rezervnih delova, potrošnog materijala i usluga servisiranja medicinske opreme proizvođača draeger medical gmbh, (javna nabavka u otvorenom postupku 2/2018), objavljene na Portalu Uprave za javne nabavke i Internet stranici naručioca 21.03.2018. godine.

**PITANJE**

U skladu sa članom 63 Zakona o javnim nabavkama, kao potencijalni ponuđač u otvorenom postupku javne nabavke, broj JN 2/2018, dostavljamo Vam zahtev za pojašnjenje konkursne dokumentacije, u otvorenom postupku javne nabavke dobara - originalnih rezervnih delova, potrošnog materijala i usluga servisiranja medicinske opreme proizvođača Dräger Medical, GMBH za period od dvanaest meseci, br. 2/2018.

Na strani 6 konkursne dokumentacije tražili ste od ponuđača da u ponudi dostave uzorke za sledeće rezervne delove i potrošni materijal: dvogodišnji set za Caleo, filter BOX/4, oxygen sensor kit, condensate separator, dvogodišnji set za Babylog 8000, filter za Caleo i temperaturna sonda 900 MR 869. U skladu sa članom 77 Zakona o javnim nabavkama, naručilac može od ponuđača tražiti da dostavljaju uzorke ali u skladu sa stavom 8 istog člana naručilac je dužan da prilikom određivanja dokaza kojima se dokazuje ispunjenost uslova, vodi računa o troškovima pribavljanja tih dokaza, odnosno da troškovi pribavljanja dokaza ne budu nesrazmerni procenjenoj vrednosti javne nabavke. Takođe članom 9 Zakona o javnim nabavkama, načelom efikasnosti i ekonomičnosti, propisano je da je naručilac dužan da obezbedi da se postupak javne nabavke sprovodi i dodela ugovora vrši u rokovima i na način propisan ovim zakonom, sa što manje troškova vezanih za postupak i izvršenje javne nabavke. Na osnovu navedenih članova vas molimo da izbrišete uslov koji se odnosi na uzorke s obzirom da su ponuđači dužni iste da dostave uz ponudu, a da pri tom ni ne znaju da li će njihova ponuda biti izabrana kao najpovoljnija, a da cena delova koje tražite nije mala.

Na strani 12 konkursne dokumentacije, u pogledu dodatnih uslova iz člana 76 Zakona o javnim nabavkama, u vidu poslovnog i tehničkog kapaciteta tražite da ponuđač ima minimum 2 servisna vozila (1 putničko i 1 dostavno), za koje je potrebno dostaviti fotokopije saobraćajne dozvole ili drugi dokaz o pravu korišćenja vozila. Molimo vas za pojašnjenje zašto je potrebno da ponuđači poseduju dva vozila jer smatramo da je za predmetni postupak javne nabavke dovoljno da ponuđači imaju jedno teretno vozilo, te da traženi dodatni uslov nije u logičkoj vezi sa predmetom javne nabavke, što je u suprotnosti sa članom 76 stav 6 Zakona o javnim nabavkama.

Drugi dodatni uslov koji se odnosi na poslovni i tehnički kapacitet je da su ponuđači u obavezi da dostave izjavu proizvođača da će ponuđač biti snabdeven novim originalnim rezervnim delovima za sve vreme trajanja ugovora, kao i da ponuđači dostave izjavu pod punom krivičnom i materijalnom odgovornošću da će ugrađivati isključivo nove originalne rezervne delove za sve vreme trajanja ugovora. Smatramo da ste ovim dodatnim uslovima ograničili konkurenciju jer će isti ispuniti jedino ovlašćeni predstavnik proizvođača opreme,

privredno društvo „Drager tehnika“ d.o.o. Beograd, a čiji je proizvođač opreme ujedno i osnivač. Ponuđači se mogu snabdevati delovima i od drugih inostranih privrednih društava koji nisu proizvođači opreme po principu slobodnog tržišta. Takođe, smatramo da dodatni uslov nije u skladu sa članovima 70 i 72 Zakona o javnim nabavkama. Naime, članom 70 zakona propisano je da tehničke specifikacije u slučaju nabavke dobara i usluga određuju karakteristike dobara ili usluga kao što su dimenzije, nivo kvaliteta, uključujući i metode za osiguranje kvaliteta, sigurnost, nivo uticaja na životnu sredinu, potrošnju energije, potrošnju drugih bitnih resursa tokom korišćenja proizvoda, dostupnost za sve korisnike (uključujući dostupnost invalidnim licima) i ocenu usaglašenosti, upotrebu proizvoda, kao i druge karakteristike koje se tiču proizvoda kao što su naziv pod kojim se proizvod prodaje, terminologija, oznake, testiranje i metode testiranja, pakovanje, obeležavanje i etiketiranje, proizvodni proces i procedura ocene usaglašenosti. S obzirom da vi tražite da delovi budu originalni, što je svakako opisna karakteristika rezervnog dela, jasno je da navedeno potpada pod član 70 zakona. Članom 72 zakona propisano je da naručilac ne može da koristi niti da se poziva na tehničke specifikacije ili standarde koje označavaju dobra, usluge ili radove određene proizvodnje, izvora ili gradnje niti da naznači bilo koji pojedinačni robni znak, patent ili tip, niti posebno poreklo ili proizvodnju. U istom članu dalje se navodi da naručilac ne može da u konkursnu dokumentaciju uključi bilo koju odredbu koja bi za posledicu imala davanje prednosti ili eliminaciju pojedinih ponuđača, na način iz st. 1. ili 2. ovog člana, osim ako naručilac ne može da opiše predmet ugovora na način da specifikacije budu dovoljno razumljive ponuđačima, a da u tom slučaju navođenje elemenata poput robnog znaka, patenta, tipa ili proizvođača mora biti praćeno rečima "ili odgovarajuće". S obzirom na navedeno, molimo vas da izbrišete dodatne uslove iz tačke b i c.

## **ODGOVOR:**

1.

Naručilac je postupajući u skladu sa članom 77 ZJN, vodeći računa o troškovima pribavljanja dokaza, opredelio srazmeru vrednosti traženih uzoraka koja je manja od 3% u odnosu na procenjenu vrednost nabavke. Budući da se radi o delovima od vitalnog značaja za ispravno funkcionisanje aparata i koji su planirani za obaveznu ugradnju tokom realizacije servisiranja, naručilac je ovim opredeljivanjem za dostavljanje uzoraka imao u vidu i načelo efikasnosti i ekonomičnosti.

Neblagovremenost realizacije ove javne nabavke i kašnjenja u izvršenju ugovora od strane budućeg izabranog ponuđača, prevashodno utiče na povećanje troškova naručioca i smanjenje efikasnosti naručioca u većoj srazmeri nego što bi to moglo da utiče na ponuđače. Naručilac bi u tim

slučajevima morao da iznalazi druga – alternativna rešenja kojim bi morao da obezbedi svoj nesmetani rad.

Imajući u vidu odgovarajući zahtevani kvalitet i svrhu, namenu i vrednost opredeljenih sredstava za ovu nabavku, naručilac je shodno tome opredelio i uslove koje ponuđači moraju da ispune vodeći računa o troškovima.

Naručilac se obavezuje da će po okončanju javne nabavke, zaključenjem ugovora o nabavci priložene uzorke vratiti ponuđačima, u skladu sa kojom obavezom će izvršiti izmenu konkursne dokumentacije.

2.

Naručilac prihvata primedbu da je za predmetni postupak javne nabavke dovoljno posedovanje jednog servisnog vozila, te će u skladu s tim biti izvršena izmena konkursne dokumentacije.

3.

U vezi primedbe na dodatne uslove, da naziv „originalni“ bude praćen sa „ ili odgovarajući“, naručilac će izvršiti izmene u tačkama b) i c), koje će glasiti:

b) *Izjavom proizvođača delova da će ponuđač biti snabdeven novim originalnim ili novim odgovarajućim rezervnim delovima za sve vreme trajanja ugovora.*

c) izjavom ponuđača pod punom krivičnom i materijalnom odgovornošću da će ugrađivati isključivo nove originalne *ili nove odgovarajuće* rezervne delove za sve vreme trajanja ugovora.

Takođe naručilac dodaje i tačku e), koja će glasiti:

e) Ukoliko tokom realizacije ugovora ponuđač isporučuje „odgovarajuće“ rezervne delove drugih proizvođača (proizvođača koji nisu i proizvođači opreme koja se održava) naručilac je u obavezi da uz svaki isporučeni deo dostavi i „Deklaraciju o kompatibilnosti“ izdatu od strane proizvođača, iz koje se nesumnjivo može utvrditi da je isporučeni rezervni deo odgovarajući aparatu u koji se ugrađuje.

Ukoliko naručilac dostavlja „odgovarajuće“ uzorke, neophodno je da za svaki uzorak dostavi i „Deklaraciju o kompatibilnosti“ izdatu od strane proizvođača, iz koje se nesumnjivo može utvrditi da rezervni deo odgovara originalu.

U skladu sa navedenom tačkom e) naručilac će izvršiti izmenu konkursne dokumentacije



PRESEDNIK KOMISIJE

*Jana Jovanović*

Dr Jana Jovanović, specijalista pedijatrije - neonatolog