



INSTITUT ZA NEONATOLOGIJU
BEOGRAD, Ul. kralja Milutina br.50
Telefoni: Direktor Instituta 3615-049
Pomoćnik direktora 3615-046
Fax: 3619-045 - E-mail: office@neonatologija.rs
Broj: 4214/27
Datum: 29.01.2019.

**SVIM POTENCIJALNIM PONUĐAČIMA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE
MEDICINSKI I SANITETSKI POTROŠNI MATERIJAL
Javna nabavka u otvorenom postupku broj 13/2018**

Na osnovu člana 63 stav 3 Zakona o javnim nabavkama, Institut za neonatologiju kao naručilac dostavlja

O D G O V O R

na zahtev za dodatno pojašnjenje konkursne dokumentacije

Zainteresovano lice poslalo je „Zahtev za dodatnim pojašnjenjem u vezi javne nabavke medicinskog i sanitetskog potrošnog materijala, (javna nabavka u otvorenom postupku 13/2018), objavljene na Portalu Uprave za javne nabavke i Internet stranici naručioca 31.12.2018. godine.

PITANJA:

Partija br. 37 - Da li su u pitanju baždareni ili nebaždareni fleksi,digitalni toplomeri?

Partija br.49 - Da li prihvatate i protest ampule - biološka kontrola, sa 1×10^6 Geobacillus stearothermophilus ATCC7953 spora po bočici, za korišćenje u parnim sterilizatorima, s obzirom da navedena karakteristika ne menja kvalitet traženog proizvoda ?

Partija br. 50 - Bowiedick test - Da li su po Vama, prihvatljive dimenzije pojedinačnog pakovanja 123x123mm (ŠxV) ?

ODGOVOR:

Partija 37 – Potrebno je da fleksi digitalni toplomeri budu baždareni.

Partija 49 – Prihvatljiva je i biološka kontrola, sa 1×10^6 Geobacillus stearothermophilus ATCC7953 spora po bočici.

Partija 50 – Prihvatljive su dimenzije pojedinačnog pakovanja 123x123mm (ŠxV).



PREDSEDNIK KOMISIJE

Mr. ph Slađana Marković Ratković