



INSTITUT ZA NEONATOLOGIJU
BEOGRAD, Ul. kralja Milutina br.50
Telefoni: Direktor Instituta 3615-049
Pomoćnik direktora 3615-046
Fax: 3619-045 - E-mail: office@neonatologija.rs
Broj: 4214/33
Datum: 31.01.2019.

**SVIM POTENCIJALNIM PONUĐAČIMA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE
MEDICINSKI I SANITETSKI POTROŠNI MATERIJAL
Javna nabavka u otvorenom postupku broj 13/2018**

Na osnovu člana 63 stav 3 Zakona o javnim nabavkama, Institut za neonatologiju kao naručilac dostavlja

O D G O V O R

na zahtev za dodatno pojašnjenje konkursne dokumentacije

Zainteresovano lice poslalo je „Zahtev za dodatnim pojašnjenjem u vezi javne nabavke medicinskog i sanitetskog potrošnog materijala, (javna nabavka u otvorenom postupku 13/2018), objavljene na Portalu Uprave za javne nabavke i Internet stranici naručioca 31.12.2018. godine.

PITANJA:

1. Da li je tehnička greška u partiji 12 -Kateter aspiracioni bez lateralnih otvora, pošto su svi kateteri sa otvorima.


Ukoliko nije greška molimo da nam precizno objasnite funkciju i svrhu istih.

2. Molimo da nam precizirate šta podrazumevate pod otvorom za pupak kod pelena stavka 1, i koja je njihova namena.

ODGOVOR:

1. Nije u pitanju greška, tražimo kateter aspiracioni bez lateralnih otvora.

2. Na prednjoj strani pelena u predelu pupka je manje zadebljanje.



PREDSEDNIK KOMISIJE

Mr. ph Slađana Marković Ratković