



INSTITUT ZA NEONATOLOGIJU
BEOGRAD, Ul. kralja Milutina br.50
Telefoni: Direktor Instituta 3615-049
Pomoćnik direktora 3615-046
Fax: 3619-045 - E-mail: office@neonatologija.rs
Broj: 1228/9
Datum: 06.07.2015.

Predmet: Odgovor na zahtev za dodatno objašnjenje konkursne dokumentacije

Zainteresovano lice poslalo je „Zahtev za dodatnim pojašnjenjem u vezi javne nabavke dobara- originalnih rezervnih delova, potrošnog materijala i usluga servisiranja medicinske opreme proizvođača Dräger Medical za period od dvanaest meseci, (otvoreni postupak javne nabavke 3/2015), objavljen na Portalu Uprave za javne nabavke 11.06.2015. godine, sa pitanjem:

1) Na strani 11 konkursne dokumentacije zahtevate da ponuđač poseduje sledeće instrumente (alate) a koji služe za ispitivanje sledećih veličina

- Pritiska
- Protoka
- Koncentracije (kiseonika, azot-oksidula, anestetika)
- Struje curenja (na mrežnim napojnim kablovima aparata, samom aparatu i priključnim električnim vodovima)

Molimo vas da precizirate konkursnu dokumentaciju i navedete da li instrumenti treba da budu biomedicinski, imajući u vidu da je u pitanju servis medicinskih aparata ili mogu biti i industrijski?

Odgovor:

Na strani 11. Konkursne dokumentacije naručilac je jasno definisao za koje su veličine potrebni merni instrumenti. Naručiocu nije od prevashodne važnosti vrsta namene mernih instrumenata.

2) Na strani 23 konkursne dokumentacije navodite spisak opreme koja je predmet servisiranja i između ostalog sledeće:

- inkubatori 54 kom
- monitori 27 kom
- foto lampe 10 kom

U skladu sa gore navedenim ovim putem vas obaveštavamo da su navedeni uređaji od vitalne važnosti (dijagnostički i terapijski) za svaku pa i za vašu ustanovu. Kako na strani 11. niste predviđeli, kako vi navodite, instrumente za ovu vrstu opreme, predlažemo da dodate sledeće instrumente:

- raspolaganje sa mernim biomedicinskim uređajem za ispitivanje svih parametara u periodu od 24 sata, a prema preporuci proizvođača, sa izdavanjem pismenog izveštaja o testiranju, jer prepostavljamo da vam je bitno da imate dokaz o ispravnosti inkubatora.

- raspolaganje sa mernim biomedicinskim uređajem za ispitivanje svih parametara/ veličina monitora, a prema preporuci proizvođača sa izdavanjem pismenog izveštaja o testiranju, jer složiće se ipak je ovo jedan od uređaja koji prikazuje opšte stanje pacijenta i na koji se u većini slučajeva i oslanjate (pogotovo u transportnim uslovima) i prepostavljamo da vam je bitno da imate dokaz o ispravnosti monitora.
- raspolaganje sa mernim biomedicinskim uređajem za ispitivanje svih parametara/ veličina foto lampi tj fluo cevi, sa izdavanjem pismenog izveštaja o testiranju.

Odgovor:

Naručilac ostaje pri svojim stavovima definisanim u konkursnoj dokumentaciji.

