



INSTITUT ZA NEONATOLOGIJU

BEOGRAD, Ul. kralja Milutina br. 50

Telefoni: Direktor Instituta 3615-049

Pomoćnik direktora 3615-046

Fax: 3619-045 - E-mail: office@neonatologija.rs

Broj: 1316/6

Datum: 14.06.2013.

"MEDICOP", d.o.o.

11210 Beograd, Krnjača

Maksima Gorkog 5

Predmet: Odgovor na zahtev za dodatno objašnjenje konkursne dokumentacije

Preduzeće "MEDICOP", d.o.o. Beograd, Krnjača, Maksima Gorkog 5, poslalo je „Zahtev za dodatnim pojašnjenjem u vezi javne nabavke aparata za terapiju kiseonikom (JN 9/2013), od 12.06.2013. godine, sa pitanjima:

1. Način plaćanja – da li je merodavan način plaćanja koji je dat na strani 5 ili na strani 7 (tačka 8).

Odgovor: Merodavan je način plaćanja na strani 5, odnosno po isporuci u roku od 7 (sedam) dana.

2. Ispunjenost obaveznih uslova; navedeno je izvod iz registra nadležnog organa po članu 75, stav 1, da li to podrazumeva, s obzirom da je predmet nabavke medicinsko sredstvo koje mora biti registrovano u Agenciji za lekove i medicinska sredstva, u klasi II, a i da poseduje rešenje Ministarstva zdravlja RS za promet tih sredstava.

Odgovor: Ispunjenost obaveznih uslova se dokazuje dostavljanjem izvoda iz registra nadležnog organa, kao i važeće dozvole Ministarstva zdravlja (Rešenje Ministarstva zdravlja), u skladu sa članom 77. stav 4.

3. U tehničkoj specifikaciji se u opisu nalazi opis ulaznog i izlaznog priključka. Da li se može ponuditi tehnički bolje rešenje koje je u skladu sa predviđenim, najvišim evropskim standardima koji su potvrđeni od nadležne evropske agencije za kvalitet i ispunjenje standarda, a isti zadovoljavaju i traženi uslov iz tehničke specifikacije.

Odgovor: Ulazni priključak za protokomer mora biti samonoseći DIN konektor, a svi ostali priključci moraju biti takvi da čine jedan kompletan sistem.

4. U pratećoj obaveznoj dokumentaciji se traži usaglašenost sa standardima kvaliteta – da li je u pitanju samo izjava proizvođača ili za to mora postojati zvaničan dokaz međunarodne evropske ustanove za potvrdu tih standarda. tj. važeći sertifikat.

Odgovor: Mora postojati zvanični dokaz međunarodne evropske ustanove za potvrdu tih standarda, tj. važeći sertifikat.



POMOĆNIK DIREKTORA
ZA OPŠTE I PRAVNE POSLOVE

Vesna Novaković, dipl. pravnik