



INSTITUT ZA NEONATOLOGIJU

BEOGRAD, Ul. kralja Milutina br.50

Telefoni: Direktor Instituta 3615-049

Pomoćnik direktora 3615-046

Fax: 3619-045 - E-mail: office@neonatologija.rs

Broj: 2132/6

Datum: 18.08.2016.

**SVIM POTENCIJALNIM PONUĐAČIMA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE
NEONATALNOG MEHANIČKOG VENTILATORA SA PRATEĆIM PRIBOROM
Otvoreni postupak broj 5/2016**

Na osnovu člana 63 stav 3 Zakona o javnim nabavkama, Institut za neonatologiju kao naručilac dostavlja

O D G O V O R

na zahtev za dodatno pojašnjenje konkursne dokumentacije

Zainteresovano lice poslalo je „Zahtev za dodatnim pojašnjenjem u vezi javne nabavke neonatalnog mehaničkog ventilatora sa pratećim priborom, (otvoreni postupak 5/2016), objavljen na Portalu Uprave za javne nabavke i Internet stranici naručioca 05.08.2016. godine.

PITANJA:

Kao potencijalni ponuđač za javnu nabavku jednog neonatalnog mehaničkog ventilatora sa pratećim priborom, JN broj 5/2016, a shodno Članu 63. stav 2. Zakona o javnim nabavkama molimo za dodatno pojašnjenje sledećeg:

Tehnička specifikacija :

Stavka 13 : Volume guarantee opcija za HFO

Pitanje:

Da li je moguće ponuditi aparat bez ove karakteristike s obzirom da ovako definisana karakteristika implicira na samo jednog proizvođača čime se onemogućavaju ostali referentni svetski proizvođači da ponude svoje aparate?

Stavka 15 : Kolor ekran osetljiv na dodir za prikaz krivi I parametara ventilacije minimalne veličine 17 inča

Pitanje:

Da li je moguće ponuditi aparat koji poseduje kolor ekran osetljiv na dodir veličine 15 inča s obzirom da ova karakteristika nema veze sa osnovnom funkcijom i namenom aparata a to je ventiliranje pacijenata. Ističemo da ovu karakteristiku poseduje samo jedan jedini proizvođač na tržištu čime se onemogućavaju ostali referentni svetski proizvođači da ponude svoje aparate čime se direktno krši ZJN?

Stavka 16 : Grafički prikaz pluća sa mogućnošću praćenja u promeni komplijanse I rezistanse pacijenta

Pitanje:

Da li je moguće ponuditi aparat bez ove karakteristike s obzirom da ovako definisana karakteristika implicira na samo jednog proizvođača čime se onemogućavaju ostali referentni svetski proizvođači da ponude svoje aparate?

Stavka 19 : Respiratorni (tidalni) volume 2 ml – 300 ml

Pitanje:

Da li je moguće ponuditi aparat koji poseduje respiratorni volumen od 2-350 ml?

Stavka 20 : Frekvencija ventilacije 0.5-150 u minuti

Pitanje:

Da li je moguće ponuditi aparat koji poseduje frekvenciju respiracije od 4-150 ml?

Stavka 21 : PEEP podesiv 0-35 mbar

Pitanje:

Da li je moguće ponuditi aparat koji poseduje PEEP podesiv 1-50 mbar?

Stavka 22 : Vreme inspirijuma 0.1 do 3 sekunde

Pitanje:

Da li je moguće ponuditi aparat koji poseduje vreme inspirijuma od 0.1 do 5 sekundi?

Stavka 24 : Podešavanje osetljivosti triggera 0,2-5 L/min.

Pitanje:

Da li je moguće ponuditi aparat koji poseduje podešavanje osetljivosti triggera 0-0.5 l/min.?

Stavka 32 : Trend minimum 7 dana za pacijente koji su duže vreme na ventilaciji

Pitanje:

Da li je moguće ponuditi aparat koji poseduje trend od 3 dana s obzirom da ovako definisana karakteristika implicira na samo jednog proizvođača čime se onemogućavaju ostali referentni svetski proizvođači da ponude svoje aparate?

Tehnička specifikacija za nabavku neonatalnog mehaničkog ventilatora je prepisana iz brošure samo jednog jedinog proizvođača respiratora na svetu čime ste prekršili Član 10. Zakona o javnim nabavkama prema kojem naručilac ne može uključiti bilo koju odredbu koja bi za posledicu imala davanje prednosti ili eliminaciju pojedinih ponuđača. Naručilac je tendenciozno oblikovao tehničku specifikaciju koja favorizuje jednog jedinog ponuđača odnosno jedan jedini „eksterni“ izvor koji bi mogao aplicirati za navedenu nabavku. Očekujemo da postupite po zahtevu i omogućite regularno sprovođenje javne nabavke. U suprotnom, po Članu 149. Stav 2 i Stav 3. Zakona o javnim nabavkama, regulisana su zakonska prava potencijalnih ponuđača u postupcima javnih nabavki.

ODGOVOR:

Stavka 13: „Volume guarantee“ opcija je savremena i apsolutno poželjna pri arteficialnoj ventilaciji prevremeno rođene dece, pa tako i pri primeni HFOV. Ovo je razlog kojim smo se rukovodili pri definisanju karakteristika aparata, bez namere da impliciramo na proizvođača. Iako je opcija krajnje poželjna, moguće je ponuditi i aparat bez navedene opcije.

Stavka 15: Moguće je ponuditi aparat koji poseduje kolor ekran osetljiv na dodir veličine 15 inča.

Stavka 16: Moguće je ponuditi aparat bez karakteristike “Grafčki prikaz pluća sa mogućnošću praćenja u promeni komplijanse i rezistanse pacijenta”. Karakteristika nije apsolutno neophodna, ali je poželjna i komforna i doprinosi kvalitetu rada.

Stavka 19: Moguće je ponuditi aparat koji poseduje respiratorni volumen od 2-350ml.

Stavka 20: Moguće je ponuditi aparat koji poseduje frekvenciju respiracije od 4-150 u minuti.


Stavka 21 Moguće je ponuditi aparat koji poseduje PEEP podesiv 1-50 mbar.

Stavka 22: Moguće je ponuditi aparat koji poseduje vreme inspirijuma od 0,1 do 5 sekundi.

Stavka 24: Nikako nije moguće ponuditi aparat koji poseduje podešavanje osetljivosti triggera od 0 – 0,5 l/min, zato što se kod prevremeno rođene novorođenčadi, a naročito ekstremno nezrele, koristi isključivo trigger veći od 1 l/min.

Stavka 32: Moguće je ponuditi aparat koji poseduje trend od 3 dana za pacijente koji su duže vreme na ventilaciji.

PRESEDNIK KOMISIJE ZA
JAVNU NABAVKU U OTVORENOM POSTUPKU 5/2016



Dr Ivana Jovanović, načelnik Odeljenja intenzivne nege

Ivana Jovanović