



INSTITUT ZA NEONATOLOGIJU
BEOGRAD, Ul. kralja Milutina br.50
Telefoni: Direktor Instituta 3615-049
Pomoćnik direktora 3615-046
Fax: 3619-045 - E-mail: office@neonatologija.rs
Broj: 3288/10
Datum: 14.11.2017.

**SVIM POTENCIJALNIM PONUĐAČIMA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE SUVIH
STERILIZATORA**

Postupak javne nabavke male vrednosti broj 48/2017

Na osnovu člana 63 stav 3 Zakona o javnim nabavkama, Institut za neonatologiju kao naručilac dostavlja

O D G O V O R

na zahtev za dodatno pojašnjenje konkursne dokumentacije

Zainteresovano lice poslalo je „Zahtev za dodatnim pojašnjenjem u vezi javne nabavke suvih sterilizatora, (postupak javne nabavke male vrednosti 48/2017), objavljen na Portalu Uprave za javne nabavke i Internet stranici naručioca 06.11.2017. godine.

PITANJA:

Svi sterilizator kapaciteta 30 litara

Pitanje br. 1:

Na strani 20 od 33 konkursne dokumentacije, stoji „Tehničke karakteristike suvog sterilizatora kapaciteta 30 litara“

Radi proširenja konkurentnosti, a u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, molimo da definišete da li je 30 litara minimalni ili maksimalni kapacitet sterilizatora. Insistiranjem na komori kapaciteta 30l konkurencija se sužava na jednog ponuđača, što grubo krši prava ostalih potencijalnih ponuđača da se jave na ovu nabavku. Molimo da redefinišete karakteristike, tako da omogućite konkurenciju. U suprotnom ćemo biti prinudeni da tražimo zaštitu naših prava.

Pitanje br. 2:

Na strani 20 od 33 konkursne dokumentacije stoji zahtev: „Staklena vrata sa dvostrukim slojem, veći prozor za gledanje“

Molimo da dozvolite učešće sterilizatora koji nema staklo na vratima.

Vrata sterilizatora sa staklom su više estetskog karaktera, jer sva obaveštenja vezano za proces sterilizacije korisnik može videti na displeju sterilizatora, te nema potrebe da posmatra radni prostor. A svakako je bezbednije i efikasnije da čitava vrata budu iz jednog dela. Koliko god da je staklo kvalitetno i da je dihtovano u silikonskoj gumi, dihtovanje nikada ne može biti 100%, a i podložno je trošenju.

Suvi sterilizator kapaciteta 80 litara

Pitanje br. 3:

Na strani 20 od 33 konkursne dokumentacije, stoji „Tehničke karakteristike suvog sterilizatora kapaciteta 80 litara“

Radi proširenja konkurentnosti, a u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, molimo da definišete da li je 80 litara minimalni ili maksimalni kapacitet sterilizatora. Insistiranjem na komori kapaciteta 80l konkurencija se sužava na jednog ponudada, Sto grubo krši prava ostalih potencijalnih ponuđača da se jave na ovu nabavku. Molimo da redefinišete karakteristike, tako da omogućite konkurenciju. U suprotnom ćemo biti prinudeni da tražimo zaštitu naših prava.

Pitanje br. 4:

Na strani 20 od 33 konkursne dokumentacije stoji zahtev: „Staklena vrata sa dvostrukim slojem, veći prozor za gledanje. Molimo da dozvolite učešće sterilizatora koji nema staklo na vratima. Vrata sterilizatora sa staklom su više estetskog karaktera, jer sva obaveštenja vezano za proces sterilizacije korisnik može videti na displeju sterilizatora, te nema potrebe da posmatra radni

prostor. A svakako je bezbednije i efikasnije da ditava vrata budu iz jednog dela. Koliko god da je staklo kvalitetno i da je dihtovano u silikonskoj gumi, dihtovanje nikada ne može biti 100%, a i podložno je trošenju.

ODGOVOR:

U skladu sa članom 63 stav 2 Zakona o javnim nabavkama zainteresovano lice može u pisanom obliku tražiti od naručioca dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude, najkasnije pet dana pre isteka roka za podnošenje ponude. Kako je zainteresovano lice podnelo zahtev za pojašnjenje 13.11.2017. godine, a otvaranje ponuda je zakazano za 15.11.2017. godine to nije ispunjen uslov iz citirane odredbe Zakona o javnim nabavkama.



PRESEDNIK KOMISIJE ZA
JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI BROJ 48/2017

Radica Tejić, glavna sestra Odeljenja intenzivne nege

Tejić Radica