



INSTITUT ZA NEONATOLOGIJU

BEOGRAD, Kralja Milutina br.50

Telefoni: Direktor Instituta 3615-049

Pomoćnik direktora 3615-046

Fax: 3619-045 - E-mail: office@neonatologija.rs

Broj: 2221/31

Datum: 09.08.2017.

Na osnovu člana 108. Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 124/12, 14/15 i 68/15), dana 09.08.2017. godine, direktor Instituta, donosi

O D L U K U
O IZMENI ODLUKE

o dodeli ugovora za nabavku SpO2 senzora u postupku javne nabavke male vrednosti broj 36/2017

I Menja se odluka direktora Instituta za neonatologiju br. 2221/26 od 04.08.2017. godine o dodeli ugovora za nabavku SpO2 senzora, u postupku javne nabavke male vrednosti sprovedena kao tridesetšesta javna nabavka za tekuću 2017. godinu, objavljena na Portalu javnih nabavki, dana 04.08.2017. godine, u stavu I - tako što se vrši izmena ponuđača kome se dodeljuje ugovor za partije 2 i 3 pa se umesto:

"I UGOVOR SE DODELJUJE ponuđačima u postupku javne nabavke male vrednosti redni broj 36/2017:

- DENTA BP PHARM, d.o.o. Beograd, Južni bulevar 19 (za partiju 1), po ponudi broj 2221/22 od 27.07.2017. godine, ukupne vrednosti 702.000,00 dinara bez PDV-a.

- MEDIPRO MPM, d.o.o. Bgd, Snežane Hrepevnik 32 (za partije 2 i 3), po ponudi broj 2221/23 od 27.07.2017. godine, ukupne vrednosti 489.600,00 dinara bez PDV-a."

vrši izmena koja glasi:

"I UGOVOR SE DODELJUJE ponuđačima u postupku javne nabavke male vrednosti redni broj 36/2017:

- DENTA BP PHARM, d.o.o. Beograd, Južni bulevar 19 (za partiju 1), po ponudi broj 2221/22 od 27.07.2017. godine, ukupne vrednosti 702.000,00 dinara bez PDV-a.

- MEDISAL, d.o.o. 11271 Surčin, Skojevska 23 (za partije 2 i 3), po ponudi broj 2221/21 od 27.07.2017. godine, ukupne vrednosti 500.040,00 dinara bez PDV-a."

II Ostale odredbe odluke direktora Instituta za neonatologiju br. 2221/26 od 04.08.2017. godine ostaju neizmenjene.

III Ovu odluku objaviti na Portalu javnih nabavki i Internet stranici naručioca u skladu sa članom 108 stav 5. Zakona o javnim nabavkama.

O b r a z l o ž e n j e

Naručilac je naknadnim pregledom dokumentacije utvrdio da ponuda broj 2221/23 od 27.07.2017. godine izabranog ponuđača (za partije 2 i 3) MEDIPRO MPM, d.o.o. Bgd, Snežane Hrepevnik 32, ima sledeće nedostake:

- u dostavljenom rešenju ALIMS-a broj 515-02-00117-16-001 od 01.04.2016.g. u kome je obeležena stavka I za dobra koja nudi u partijama 2 i 3, proizvođača Metko medical, Turska se ne vidi da su ponuđeni senzori registrovani u Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije, odnosno, ne vidi se da li se radi o senzoru za jednokratnu upotrebu, višekratnu upotrebu, ne postoje navedeni tipovi senzora, pa je ponuđač mogao da registruje samo jedan model SpO2 senzor.

- dostavio je katalog gde nije jasno obeleženo koji SpO2 senzor nudi za koju partiju
- dostavio dokument na engleskom jeziku „declaration od compatibility“, iz koga se ne vidi da su ponuđeni senzori kompatibilni sa modelima aparata koje naručilac poseduje
- dostavio jedno uputstvo za višekratne i jednokratne senzore zajedno, a da pri tome nijedan kataloški broj nije u celini napisan.

Prema navedenom, naručilac odbija ponudu imenovanog ponuđača kao neodgovarajuću i odlučuje kako je navedeno u dispozitivu ove odluke.

UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU:
Protiv ove odluke ponuđač može naručiocu podneti zahtev za zaštitu prava u roku od 5 dana od dana objavljivanja iste na Portalu javnih nabavki.

**DIREKTOR INSTITUTA**
Prim dr. sci. med. Milica Ranković Janevski